





中华人民共和国

计量器具型式批准证书

西安西核彩桥实业科技有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



经批准的计量器具新产品（名称、型号等）：

序号	计量器具名称	型号	规格	最大允许误差
1	有毒有害（一氧化碳）气体探测器	GT-CH2930 Ex-CO	(0~2000) $\mu\text{mol/mol}$	示值误差： $\pm 10\%$

以下空白

发证日期：2023年10月11日
发证机关（盖章）：陕西省市场监督管理局
(受委托发证机关代章)